

**Протокол заседания тендерной комиссии по допуску
потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере
с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники**

г. Астана

20 - 21 января 2015 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

- Басенко А.Ф. - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии;
- Елеусизов К.И. - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Амангалиев С.В. - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»;
- Уразбаев Д.Г. - юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»;
- Сагинаева А.Д. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация».

Секретарь комиссии

- Аманкулова Г.Т. - главный менеджер отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация».

20 января 2015 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальным поставщиком ТОО «Медоника» дополнений к тендерной заявке по истечению окончательного срока их предоставления осуществлен возврат конверта письмом от 21.01.2015 года № 09/82.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления дополнения к заявкам
1	ТОО «ГарантФарм-Астана»	г. Астана, мкрн. Молодежный, 34-76	16.01.2015г в 16:50ч
2	ТОО «Жеті Шаңырақ»	г. Астана, ул. 103, д.8, кв.252	16.01.2015г в 16:59ч
3	ТОО «Мед-Проект»	Алматинская область, Илийский район, с. Первомай, ул. Жамбыла, д.20, кв.8б	19.01.2015г в 09:40ч

4	ТОО «Ордамед»	г. Алматы, ул. Дуйсенова 25, пом.202	19.01.2015г в 10:35ч
5	ТОО «МедСнаб Плюс»	г. Алматы, ул. Венецианова, д.37	19.01.2015г в 10:46ч
6	АО «Медтехника»	г. Алматы, ул. Ратушного, 64а	20.01.2015г в 09:08ч
7	ТОО «Витал +»	г. Актобе, пр. Абая, 13	20.01.2015г в 09:26ч
8	ТОО «Лабмед Сервис»	г. Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова 19 В	20.01.2015г в 09:27ч
9	ТОО «Фирма «МедСистем»	г. Алматы, ул. Муратбаева, 164, кв.29	20.01.2015г в 09:40ч
10	АО «Актюбрентген»	г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24 К	20.01.2015г в 10:43ч
11	ТОО «Стомед»	г. Костанай, ул. Уральская, 14	20.01.2015г в 10:50ч
12	ТОО «NOVIRS»	г. Алматы, ул. Жубанова, 1, оф. 36	20.01.2015г в 11:25ч
13	ТОО «АТВ Trade»	г. Алматы, мкрн. Орбита-3, д.36, кв.13	20.01.2015г в 12:22ч
14	ТОО «L-Group»	г. Алматы, ул. Найманбаева, 67 а	20.01.2015г в 12:33ч
15	ТОО «Med Import Central Asia»	Алматинская область, пос. Отеген-Батыр, ул. Калинина, 2	20.01.2015г в 12:59ч
16	ТОО «Диагаль»	г. Астана, мкр. Юго-Восток, №19, ул. Жанкент, д.88	20.01.2015г в 13:00ч

4. Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. Дополнения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления дополнения к заявкам
1	ТОО «Медоника»	г. Алматы, ул. Шевченко, 50	20.01.2015г в 16:50ч

6. При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Номера лотов
1	ТОО «Медоника»	16,18
2	ТОО «Ордамед»	16, 18
3	ТОО «МедСнаб Плюс»	11
4	ТОО «Витал +»	2
5	ТОО «ЛабмедСервис»	2
6	ТОО «Мед-Проект»	11
7	ТОО «L-Group»	5

8	ТОО «Диэгаль»	21
9	ТОО «Фирма «МедСистем»	20
10	ТОО «Стомаркет»	4, 6
11	ТОО «АТВ Trade»	7
12	ТОО «Профессорская клиника»	7
13	ТОО «Стомед»	4, 6
14	АО «Актюбрентген»	22
15	АО «Медтехника»	2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17
16	ТОО «Smart plus»	19
17	ТОО «БионМедСервис»	19
18	ТОО «Жеті Шаңырақ»	21
19	ТОО «ГарантФарм-Астана»	21
20	ТОО «Юмгискор Холдинг»	17
21	ТОО «Промикс. KZ»	17
22	ТОО «NOVIRS»	9, 10, 12, 14, 17
23	АО «Интерфарма-К»	2, 8
24	ТОО «Med Import Central Asia»	21

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупке медицинской техники 30 декабря 2014 года – 15 января 2015 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

9. Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10. Следующий потенциальный поставщик, тендерная заявка, которого не требует дополнений или изменений:

- ТОО «Стомаркет», лоты № 4, 6.

10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Ордамед» (лоты № 16, 18):

По лоту № 16

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

По лоту № 18

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

ТОО «МедСнаб Плюс» (лот № 11):

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте

государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

ТОО «Витал +» (лот № 2):

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия) соответствующий установленной форме;

Представлен оригинал справки филиала АО ДБ «Сбербанк» в г.Актобе об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика соответствующей установленной форме;

По лоту № 2:

Представленное письменное разъяснение, о соответствии технической характеристики предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

Представлены нотариально заверенные копии авторизационного письма от Компании «MS Westfalia GmbH» и контракта между Компанией «MS Westfalia GmbH» и ТОО «Витал +» заверенные печатью «**MS Westfalia GmbH**».

ТОО «ЛабМедСервис» (лот № 2):

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия) соответствующий установленной форме;

По лоту № 2:

Представленное письменное разъяснение, о соответствии технической характеристики предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Представлены нотариально заверенные копии авторизационного письма от Компании «MS Westfalia GmbH» и контракта между Компанией «MS Westfalia GmbH» и ТОО «Витал +» заверенные печатью «**MS Westfalia GmbH**».

ТОО «Мед-Проект» (лот № 11):

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

ТОО «L-Group» (лот № 5):

Представлена техническая спецификация заверенная подписью юридического лица;

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение).

ТОО «Диэгаль» (лот № 21):

Представлены копии доверенности и дистрибьюторского соглашения **нотариально не заверенные**, вместе с тем представлены **нотариально заверенные переводы** доверенности и дистрибьюторского соглашения.

Таким образом, отсутствуют оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих статус производителя потенциального поставщика и его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

Кроме того, отсутствует подтверждение права Компании Med Concept Europe SA на выдачу авторизации, доверенностей и заключение договоров третьим лицам от имени производителя «Drager Medical GmbH, Германия».

ТОО «Фирма Мед Систем» (лот № 20):

Представлены оригиналы доверенности и договора подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к запуску медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя на аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-Дуга «АРХМ-РЕНЕКС» (ООО «С.П.Гелпик»).

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к запуску медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя на систему компьютерной радиологии REGIUS SIGMA 2 с принадлежностями (Dongguan Feng Gang Caston Metal & Plastics Company Limited) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Представлено письменное разъяснение о том, что «**система компьютерной радиологии REGIUS SIGMA 2 с принадлежностями**» не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК;

ТОО «АТВ Trade» (лот № 7):

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение).

ТОО «Стомед» (лоты № 4, 6):

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение).

АО «Актюбрентген» (лот № 22):

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия). Размер гарантийного обеспечения соответствует установленному размеру 3% от суммы, выделенной для закупки.

АО «Медтехника» (лоты № 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17):

По лоту № 2 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:
соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует документ подтверждающий регистрацию предложенного оборудования на: Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50») (пп.1) п.13 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к запуску медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя от производителя «MS Westfalia GmbH, Германия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на: Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50») (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

По лоту № 8 Представлено письмо о том, что Микроскоп операционный «ОРМІ» модель «ОРМІ sensera» с принадлежностями не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК;

По лоту № 9

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

По лоту № 10

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

По лоту № 10**Представлены точные параметры технической спецификации:**

- монитор ЖК: разрешение 1920x1080
 - инструмент эндотерапевтический: возможность работы с любым проводником 2700мм

- Емкость сосуда- 1,5л;

По лоту № 12**Представлены точные параметры технической спецификации:**

- Емкость сосуда- 1,5л
 - монитор ЖК: разрешение 1920x1080;

По лоту № 13**Представлены точные параметры технической спецификации:**

- диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, 19;

По лоту № 17**Представлены точные параметры технической спецификации:**

- Емкость сосуда- 1,5л
 - монитор ЖК: разрешение 1920x1080.

ТОО «Жеті Шаңырақ» (лот № 21):

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия) соответствующий установленной форме.

ТОО «ГарантФарм-Астана» (лот № 21):

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия) соответствующий установленной форме;

Представлено обязательство:

- маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения.

ТОО «NOVIRS» (лоты № 9, 10, 12, 14, 17):**По лоту № 9**

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

По лоту № 10

Представленная измененная техническая характеристика предлагаемой медицинской техники соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте

государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

По лоту № 10

Представлены точные параметры технической спецификации:

- монитор ЖК: разрешение 1920x1080

- инструмент эндотерапевтический: возможность работы с любым проводником 2700мм

- Емкость сосуда- 1,5л;

По лоту № 12

Представлены точные параметры технической спецификации:

- Емкость сосуда- 1,5л

- монитор ЖК: разрешение 1920x1080;

По лоту № 17

Представлены точные параметры технической спецификации:

- Емкость сосуда- 1,5л

- монитор ЖК: разрешение 1920x1080.

ТОО «Med Import Central Asia» (лот № 21):

Представлен оригинал справки Алматинского Городского филиала АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика соответствующей установленной форме;

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия). Номер лота соответствует, предложенному в его тендерной заявке, размер гарантийного обеспечения соответствует установленному размеру 3% от суммы, выделенной для закупки.

Представлены копии доверенности и дистрибьюторского соглашения нотариально не заверенные, вместе с тем представлены **нотариально заверенные переводы доверенности и дистрибьюторского соглашения**.

Таким образом, отсутствуют оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих статус производителя потенциального поставщика и его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

Кроме того, отсутствует подтверждение права Компании Med Concept Europe SA на выдачу авторизации, доверенностей и заключение договоров третьим лицам от имени производителя «Drager Medical GmbH, Германия».

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

ТОО «Медоника» (лоты № 16, 18):

По лоту № 16 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- режим-В

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- режим-В

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации

в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Профессорская клиника» (лот № 7):

Отсутствуют копии лицензий подтверждающих право потенциального поставщика на **оптовую** реализацию медицинской техники, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую реализацию медицинской техники (пп.2 п.39 Правил);

Оригинал справки филиала АО «АТФ Банк» в г. Астана об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил).

ТОО «Smart plus» (лот № 19):

Оригинал справки Карагандинского филиала АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Расширенный пакет для кардиологических и сосудистых измерений.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «БионМедСервис» (лот № 19):

Отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (**представлена копия**) (пп.6 п.39 Правил);

Оригинал справки Карагандинского филиала АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Расширенный пакет для кардиологических и сосудистых измерений.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лот № 17):

Представленная доверенность от Компании «Olympus Corporation» (Япония) действительна до 31 декабря 2014 года.

Таким образом, отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

АО «Интерфарма-К» (лоты № 2, 8):

По лоту № 2 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации

в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 2 Отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования на: Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50») (пп.1) п.13 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя от производителя «MS Westfalia GmdH, Германия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на: Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50») (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «Промикс. KZ» (лот № 17):

Представленная доверенность от Компании «Olympus Corporation» (Япония) действительна до 31 декабря 2014 года.

Представленный контракт № KZ -2014 между «Олимпас Европа & Co. KG» и ТОО «Промикс. KZ» действителен до 31 декабря 2014 года.

Таким образом, отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения согласно Правилам	Номера лотов
1	ТОО «Медоника»	пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.7) п.39 Правил)	16, 18
2	ТОО «Профессорская клиника»	пп.6) п.119 Правил (приложение 4, пп.2 п.39 Правил)	7
3	ТОО «Smart plus»	пп.6), пп.9) п.119 Правил (приложение 4 и пп.2), пп.7) п.39 Правил)	19
4	ТОО «БионМедСервис»	пп.6), пп.9) п.119 Правил (приложение 4 и пп.2), пп.6), пп.7) п.39 Правил)	19
5	ТОО «Юмгискор Холдинг»	пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил)	17
6	ТОО «Промикс. KZ»	пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил)	17
7	АО «Интерфарма-К»	пп.2), пп.3), пп.6) пп.9) п.119 Правил) (пп.7) п.8, пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, , п.40-1 Правил)	2
8	ТОО «Диагаль»	пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил)	21
9	ТОО «Med Import Central Asia»	пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил)	21
10	ТОО «Фирма Мед Систем»	пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил)	20
11	АО «Медтехника»	пп.2), пп.3), пп.6) пп.9) п.119 Правил) (пп.7) п.8, пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, , п.40-1 Правил)	2

13. На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом И.о. Председателя Правления № 09/166 от 09 декабря 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 1, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 18, 19):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗ и ФД диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию);

Иманкулов С.Б.- д.м.н., профессор, руководитель отдела ультразвуковых методов диагностики АО «Национальный научный центр» г. Астана (по согласованию)

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 11, 15, 21):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская больница №1» г. Астана (по согласованию);

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования АО «Медицинский университет Астаны» (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана» (по согласованию).

Эксперты по микроскопу (по лотам № 7, 8):

Калиев Е.Н. – заведующий отделением нейрохирургии ГКП на ПХВ «Городская больница №1» г. Астана (по согласованию);

Эксперты по лучевой диагностики (по лотам № 20, 22):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», заведующий отделением КТ и МРТ «Диагностический центр INVIVO» г. Алматы (по согласованию);

Жолдыбай Ж.Ж. – д.м.н., профессор, заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (по согласованию);

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства» (по согласованию).

Эксперты по ЛОР оборудованию (по лоту № 2):

Таукелева С.А. – д.м.н., профессор кафедры ЛОР-болезней, ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы (по согласованию);

Эксперты по эндоскопическому оборудованию (по лотам № 9, 10, 12, 14, 17):

Котлобовский В.И. – д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением лапароскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе (по согласованию);

Укыбасова Т.М. – д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию)

14. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил отсутствуют.

15. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами **РЕШИЛА:**

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Номера лотов
1	ТОО «Ордамед»	16, 18
2	ТОО «МедСнаб Плюс»	11
3	ТОО «Витал +»	2
4	ТОО «ЛабмедСервис»	2
5	ТОО «Мед-Проект»	11
6	ТОО «L-Group»	5
7	ТОО «Стомаркет»	4, 6
8	ТОО «АТВ Trade»	7
9	ТОО «Стомед»	4, 6
10	АО «Актюбрентген»	22
11	АО «Медтехника»	8, 9, 10, 12, 13, 14, 17
12	ТОО «Жеті Шаңырақ»	21
13	ТОО «ГарантФарм-Астана»	21
14	ТОО «NOVIRS»	9, 10, 12, 14, 17
15	АО «Интерфарма-К»	8

Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей отсутствуют.

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 22 января 2015 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии

Басенко А. Ф

Заместитель председателя комиссии

Елеусизов К.И.

Члены комиссии:

Амангалиев С.В.

Уразбаев Д.Г.

Сагинаева А.Д.

Секретарь комиссии

Аманкулова Г.Т.