

Экспертное заключение
к тендеру с использованием двухэтапных процедур по закупке лекарственных
средств и изделий медицинского назначения на 2012 год

В соответствии с приказом Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» от 29 мая 2012 года № 05/40 «О создании экспертной комиссии на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2012 год» экспертная комиссия в составе:

Смагул Манар Асыровны, главного эксперта **Управления**
эпидемиологического надзора Комитета государственного санитарно-
эпидемиологического надзора МЗ РК

Аубакировой Салтанат Мадениетовны, начальника **отдела**
эпидемиологического надзора Департамента Комитета государственного санитарно-
эпидемиологического надзора МЗ РК по городу Астана

провела работу, по определению соответствия технических характеристик, предлагаемых потенциальными поставщиками коробок для безопасного уничтожения шприцов на 2012 год организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация".

К рассмотрению представлены технические спецификации и образцы изделий следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Ромат», ТОО «Альфа-Медикал», ТОО «Аксель и А», ТОО «Экофарм», ТОО «Фирма Санжар».

После изучения предоставленной документации, а также иных документов, подтверждающих соответствие техническим характеристикам предлагаемых потенциальными поставщиками коробок для безопасного уничтожения шприцов, в рамках открытого тендера с использованием двухэтапных процедур по закупке лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (далее Правила), были сделаны следующие выводы:

ТОО «Ромат» представил образец товара, представляющий собой контейнер прямоугольной формы, изготовленный из картона с вложенным во внутрь тонким полиэтиленовым пакетом и бумажным фиксатором (повторяющий контуры коробки), обеспечивая условно водонепроницаемость: внутренний бумажный слой легко промокаемый и тонкий полиэтиленовый пакет прокалывается и не обеспечивает биологическую безопасность в работе с коробкой, предназначенной для утилизации использованных шприцев, а также остатков биологически опасных жидкостей (кровь, остатки лекарственных средств и др.). Данный товар не может быть признан соответствующим техническому требованию тендерного задания, так как не является нерокальваемым

Коробка, представленная ТОО «Аксель и А», прямоугольной формы, изготовлена из картона с вложенным во внутрь тонким полиэтиленовым пакетом не обеспечивающим в полной мере водонепроницаемость. Внутренний тонкий полиэтиленовый пакет, предназначенный для водонепроницаемости, легко прокалывается и не обеспечивает биологическую безопасность в работе с коробкой, предназначенной для утилизации использованных шприцев, а также остатков биологически опасных жидкостей (кровь, остатки лекарственных средств и др.). При осмотре коробки отмечаются щели и зазоры, что не обеспечивает ее герметичность и повышает риск протекания биологически опасных жидкостей во внешнюю среду. Данный товар не может быть признан соответствующим техническому требованию тендерного задания.

Образцы производства ТОО «КазМедДез», представленные ТОО «Экофарм» и ТОО «Фирма «Санжар», представляют собой картонные коробки прямоугольной формы,

М Смагул

изготовленные из плотного, не прокальваемого материала, прессованного картона с внутренней и внешней стороны ламинированного полиэтиленом, места сгибов нижней части – клиновидные клапаны, закрепляющиеся с помощью липкой ленты. В тендерной документации представлены письма-отзывы из 5-ти лечебно-профилактических организаций. Данный товар может быть признан соответствующим техническому требованию тендерного задания.

Коробка, представленная ТОО «Альфа-Медикал», представляет собой герметичный контейнер, цилиндрической формы, изготовленный из пластмассы (полипропилен), обеспечивающий 100% водонепроницаемость и не прокальваемость. Представленный образец удовлетворяет требованиям, предъявляемым к запрашиваемому изделию. Объем 6 литров вместо 5-ти требуемых техническим заданием является улучшенным преимуществом.

Вывод: исходя из особенностей цели использования коробок для безопасного уничтожения использованных шприцев следует отметить, что картонные коробки ТОО «Ромат», ТОО «Аксель и А» не удовлетворяют требованиям технического задания, так как являются прокальваемыми и водопроницаемыми. Коробки представленные потенциальными поставщиками ТОО «Альфа-Медикал», ТОО «Экофарм», ТОО «Фирма «Санжар», соответствует техническому заданию: водонепроницаемые, непрокальваемые.

Подпись  Смагулова Манар Асыровна

Подпись  Аубакирова Салтанат Мадениятовна

Экспертное заключение составлено в 3-х экземплярах.